MIセンサ Application Note

About Range Type DH
Type DHの磁気変動検出範囲



No. AMI-QA—001
2019/5/7

Range of Magnetic Sensor Core.
磁気センサコアの測定範囲



Fig. Range ±50μT
図. 測定範囲±50μT

Range of DH type sensor
DHﾀｲﾌﾟの磁気測定範囲



Fig. Range ±2μT
図. 測定範囲 ±2μT



Fig. Range ±150μT
図. 測定範囲

This Location is variable.
It depends on surrounding magnetic field.
Ex In the case of +60μT, the sensor will not work well because the magnetic core is saturated.
この部分は可変です。
周囲の磁場に依存します。
例えば+60μTの場合センサは飽和して測定範囲を超えます。